

## INSTRUCTION POUR LA PRÉPARATION DES VACCINS COMIRNATY<sup>MD</sup> de Pfizer sans dilution monovalent ou bivalent à bouchon gris

1. Assurez-vous d'avoir en main la bonne fiole du vaccin à bouchon gris, soit la fiole de monovalent avec le *tape* de couleur bleue ou la fiole avec l'inscription bivalent selon le besoin.

| Nom du vaccin                   | Personnes à qui le vaccin peut être administré       | Fiole   | Nb doses / fiole            |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|
| COMIRNATY monovalent            | En primovaccination<br>12 ans et plus                | Bouchon gris<br>Étiquette à bordure grise<br>+ <i>ajouter un <b>tape</b> bleu</i> | 6 doses<br>de <u>0,3 mL</u> |
| COMIRNATY bivalent<br>BA.4/BA.5 | En dose de rappel<br>additionnelle<br>12 ans et plus | Bouchon gris<br>Étiquette à bordure grise   | 6 doses<br>de <u>0,3 mL</u> |

2. **Inverser doucement la fiole de vaccin 10 fois.** Ne pas agiter la fiole.

3. Observer le vaccin décongelé : il peut contenir des particules opaques blanches ou blanc cassé. Le vaccin a l'aspect d'une solution blanche ou blanc cassé et ne contient pas de particules visibles suivant l'inversion. Ne pas administrer le vaccin s'il y a des particules visibles ou de la décoloration.

4. Pour préparer les doses individuelles, nettoyez le bouchon de la fiole à l'aide d'un tampon antiseptique à usage unique en utilisant une technique aseptique.



Doucement 10 fois

5. Prélevez le vaccin dans une seringue stérile de 1 mL utilisée pour les injections ou de 3 mL à graduation de 1/10 mL muni d'une aiguille de calibre 25 d'une longueur de 1 po ou 1 ½ po pour les adultes.
6. Les manœuvres pour éliminer les bulles d'air doivent être effectuées lorsque l'aiguille est toujours dans la fiole afin d'éviter le gaspillage de vaccin et le risque de contamination.
7. Il est recommandé d'utiliser la même aiguille pour prélever et administrer la dose chaque fois que cela est possible. Si une deuxième aiguille est nécessaire pour l'administration, tirez sur le piston de la seringue pour aspirer une petite quantité d'air dans la seringue avant de retirer la première aiguille et ainsi éviter le gaspillage de la solution de vaccin pendant le changement d'aiguille.
8. Répétez les mêmes étapes pour les autres doses contenues dans la fiole.
9. **Chaque fiole contient 6 doses.** Seulement si la dernière dose est manquante, une dose peut être complétée avec une 2<sup>e</sup> fiole en respectant les conditions suivantes :
  - Il s'agit de quantités résiduelles dans les 2 fioles.
  - Les fioles ont le même numéro de lot.
  - La date de péremption n'est pas dépassée.
  - Les fioles sont conservées entre 2 et 8 °C entre les prélèvements.
  - Les mesures d'asepsie sont rigoureusement respectées.

### Références

- Monographie du produit
- Protocole d'immunisation du Québec (PIQ)